DATENBLATT

Kupferleitung 2 x 0,25 mm²

Beschreibung

Technische Daten	
Leitermaterial	Cu-EPT1
Thermospannung	Nach DIN EN 13602
Leiterquerschnitt	2 x 0,25 mm²
Leiteraufbau	14 x 0,15 mm
Litzendurchmesser	1,3 mm±0,07
Isolation	Spezial-PVC wärmebest. n. VDE0207
Aderfarben	Braun (+), weiß (-)
Verseilung	2 Adern gemeinsam optimal verseilt
Flammbarkeit	Selbstverlöschend
Außenmantelwerkstoff	PVC
Außendurchmesser	5,0 mm±0,2
Mantelfarbe	Grau (ähnlich RAL 7032)
Dauertemperaturbeständigkeit Ader- und Mantelwerkstoff	-20...+105 °C
Hochspannunsprüfung	
Isolationswiderstand	≥ 20 MOhm x km
Leiterwiderstand	≤ 80 MOhm x km
Nennspannung U	300 V bei 50 Hz
Prüfspannung	1,2 kV
Nummer	
Artikelnummer	0230 0229

B+B Thermo-Technik GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 4 | D-78166 Donaueschingen
Fon +49 771 83160 | Fax +49 771 8316-50 | info@bb-sensors.com | bb-sensors.com